

BUCUREȘTI – ROMÂNIA

SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ

Calea Floreasca Nr.8, Sector 1, cod : 014461

Telefon centrală : 599.23.00
599.23.08

Telefon urgențe majore : 962


Fax manager : 599.23.89

Fax director medical : 317.01.37

Fax director financiar contabil : 599.22.56

Fax director îngrijiri : 599.22.76

Fax secretariat : 599.22.57



Catre: TOTI OPERATORII ECONOMICI



RASPUNS SOLICITARE CLARIFICARI

Referitor la documentatia de atribuire avand ca obiect atribuirea unui acord cadru de furnizare Consumabile pentru interventii drenaj si biopsie ghidate ecografic si tomografic, anunt de participare nr. CN1071125 din data de 17.07.2024.

La solicitarea de clarificari a unui agenti economic, autoritatea contractanta comunica urmatoarele:

I. Intrebare operator economic:

1. Pentru produsul aflat la nr. crt. 5 – Agar Mueller Hinton cu sange de cal si NAD

Impachetare: 10 – 20 placi/ cutie

Compozitie gr/litru

Infuzie deshidratata de carne 300.0

Hidrolizat de cazeina 17.5

Amidon 1.5

NAD 0.02

Agar 17.0

Sange de cal defibrinat 50.0 ml

Va rog sa acceptati produsul Mueller Hinton Fastidious Agar (Horse blood 5% + 20 mg/L β -NAD) cu urmatoarea compozitie:

Compozitie gr/litru

Extract de carne produs standardizat 2.0

Hidrolizat de cazeina 17.5

Amidon 1.5

β -NAD 0.02

Agar 15.0

Sange de cal defibrinat 50 ml.

Precizam faptul ca 300.00 gr infuzie deshidratata de carne sunt similare cu 2.00 gr extract de carne produs standardizat.

Aceasta compozitie a produsului are aceeasi modalitate de evaluare si acelasi spectru de detectie iar parametrii evaluati sunt identici.

2. Pentru produsele Tulpini de referinta aflate la Nr. Crt. 21 pana la 29 inclusiv forma de prezentare - **pachet cu minim 5 anse** va rog sa acceptati forma de prezentare - **pachet cu 5 discuri (pelete)**, produsele au aceeasi modalitate de evaluare si acelasi spectru de detectie iar parametrii evaluati sunt identici.

3. Pentru produsul aflat la Nr. Crt. 27 - Staphylococcus aureus ATCC 25293, aceasta tulpina nu se regaseste la majoritatea producatorilor de Tulpini de referinta, va rog sa precizati daca este o greseala de redactare (ati tastat 25293 in loc de 25923), daca nu este o greseala de redactare va rog sa acceptati Tulpina de referinta Staphylococcus aureus ATCC 25

Raspuns:

Referitor la solicitarea de clarificari autoritatea contractanta va transmite urmatoarele:

La punctul 1. - Nu se accepta modificarea cerintei

La punctul 2.- Nu se accepta modificarea cerintei

La punctul 3- precizam ca este o gresala de redactare si tulpina este Staphylococcus ATCC 25923

Responsabil cu procedura de achizitie publica
Ins. Mihaela Marian

